



**ДИФМАНОМЕТР СТРЕЛОЧНЫЙ
ПОКАЗЫВАЮЩИЙ**

ДСП-80В РАСКО

ПАСПОРТ

ЦТКА.406123.071 ПС



Подключение дифманометра проводить согласно раздела 2 руководства по эксплуатации ЦТКА.406123.071 РЭ.

1 Основные сведения об изделии

1.1 Дифманометр стрелочный показывающий ДСП-80В РАСКО (в дальнейшем – дифманометр) предназначен для измерения и контроля степени засоренности приборов учета газа промышленного и коммунального назначения узлов очистки, струевыпрямителей и других устройств контролируемого газового оборудования, а также других систем находящихся под давлением, где требуется измерение перепада давления.

1.2 Дифманометр поставляется в сборе с вентильным блоком БВ 30.

1.3 По заказу потребителя дифманометр может поставляться в индикаторном исполнении и в исполнении с уставкой.

1.4 Сведения о сертификации

1.4.1 Дифманометр имеет:

- сертификат № РОСС RU.МЕ15.Н01845 соответствия требованиям безопасности ГОСТ Р 52931-2008 п.п. 5.14, 5.22, 5.23, 5.24, раздел 6; ГОСТ 18140-84 п.п. 3.11, 3.14, 3.22, 3.37, 8.1-8.3, раздел 4, выданный органом по сертификации г. Саранска. Срок действия сертификата по 07.12.2013 г.

- сертификат об утверждении типа средств измерений № 34043, выданный Госстандартом России. Срок действия сертификата до 01.01.2014 года;

- декларацию о соответствии № РОСС RU.МЕ15.Д00119 требованиям безопасности: ГОСТ Р 52931-2008 п.п. 5.14, 5.22, 5.23, 5.24, раздел 6; ГОСТ 18140-84 п.п. 3.11, 3.14, 3.22, 3.37, 8.1-8.3, раздел 4, зарегистрированную в Органе по сертификации г. Саранска. Срок действия до 07.12.2013 г.

2 Основные технические данные

2.1 Предельно допускаемое рабочее

избыточное давление, МПа 1,6

2.2 Диапазон измерения

перепада давления, кПа 0- 4

2.3 Класс точности 1,5

Предел допускаемой основной погрешности $\pm 4\%$ для дифманометра индикаторного исполнения.

2.4 Дифманометр должен быть работоспособен при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 70 °С и относительной влажности до 98 % при температуре 25 °С.

2.5 Степень защиты от воздействия

окружающей среды

IP55.

2.6 Средний срок службы, лет

10.

2.7 Масса дифманометра

с вентильным блоком, кг, не более

2,8

3 Комплектность

Таблица 1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество
ЦТКА.406123.071	Дифманометр с вентильным блоком	1 шт.
ЦТКА.408843.039	Уставка УДПИ*	1 шт.
ЦТКА.302656.010	Трубка соединительная**	2 шт.
ЦТКА.301569.091	Кронштейн*	1 шт.
ЦТКА.713561.222	Ниппель	2 шт.
ЦТКА.758421.078	Гайка накидная	2 шт.
ЦТКА.764431.036	Ключ	1 шт.
ЦТКА.754152.391	Прокладка	2 шт.
	Винт М5х16 ГОСТ 17473-80**	2 шт.
	Шайба 5.08кп ГОСТ 11371-78**	2 шт.
	Шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70**	2 шт.
	Гайка М5-6Н ГОСТ 5927-70**	2 шт.
ЦТКА.406123.071 МП	Методика поверки***	1 экз.
ЦТКА.406123.071 ПС	Паспорт	1 экз.
ЦТКА.406123.071 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.

Примечания
1 При поставке дифманометров в один адрес по согласованию с потребителем допускается прикладывать 1 экз. руководства по эксплуатации на три дифманометра.
2* Поставляется в сборе с дифманометром согласно заказу.
3** Поставляются согласно заказу.
4***Поставляются для исполнений без кронштейна.
5****Поставляется в комплекте с руководством по эксплуатации.

4 Свидетельство о приемке

Дифманометр стрелочный показывающий ДСП-80В РАСКО 4 Кра -

16ellma -к


заводской № 10447

изготовлен и

принят в соответствии с требованиями технических условий ТУ 4212-127-00227471-2007

и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 16 ИЮН 2011

Контролер ОТК 

личная подпись и штамп

Поверитель 

личная подпись и клеймо

